

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना द्वारा जारी की गई निविदा Procurement of High End Medical Equipment's for various Government District Hospitals of Uttar Pradesh (Bid Reference No. UPHSSP_HighEndEqp_201718_04_18) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपकरण कार्डिएक मॉनिटर के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी (निविदा प्राप्ति की तिथि 05.02.2018)। इस निविदा में फर्म मेसर्स एलाइड मेडिकल लिमिटेड, 203, स्वास्तिक भवन, रंजीत नगर कामर्शियल काम्पलेक्स, नई दिल्ली द्वारा भी अपनी निविदा प्रस्तुत की गई।


ई-निविदा प्रपत्र के Section VII - Schedule of Requirements के बिन्दु संख्या 3. Technical Specifications का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। कार्डिएक मॉनिटर हेतु मेसर्स एलाइड मेडिकल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा के साथ प्रस्तुत किये गये कैंटलॉग के क्रम में परियोजना के उपार्जन अभिकर्ता मेसर्स एच0एल0एल0 इन्फ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड द्वारा ई-निविदा प्रपत्र में उल्लिखित तकनीकी विशिष्टियों के सम्बंध में फर्म से स्पष्टीकरण माँगे जाने पर फर्म ने यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा ई-निविदा में कोट की गई कार्डिएक मानिटर (Model No. M747, Make Meditec International England Limited) ई-निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी तकनीकी विशिष्टियों का अनुपालन किया जा रहा है।

परियोजना के तृतीय पक्ष प्री-डिस्पैच इन्स्पेक्शन संस्था केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी0एस0आई0आर0) द्वारा कार्डिएक मानिटर (Model No. M747, Make Meditec International England Limited) की प्री-डिस्पैच इन्स्पेक्शन के उपरान्त यह अवगत कराया गया कि कार्डिएक मॉनिटर (Model No. M747) ई-निविदा प्रपत्र की निम्न तकनीकी विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है:

S.N.	COMPLIANCE DETAILS	OBSERVATION	YES/NO
5.	Should have the facility of monitoring ECG, RR, Dual spO2, NIBP and Temperature for Adult, Paediatric & Neonatal applications	Facility of monitoring ECG,RR,spO2, NIBP and Temperature for Adult, Paediatric & Neonatal applications available	1. YES for ECG,RR,NIBP and Temperature 2. NO for Dual spO2**
8.	Should have detection facility for advanced arrhythmias along with ST analysis, ST mapping, QT analysis, HRV analysis & NIBP analysis	Detection facility for advanced arrhythmias along with ST analysis, ST mapping & NIBP analysis available.	1. YES for advanced arrhythmias along with ST analysis, ST mapping & NIBP analysis 2. NO for QT analysis & HRV analysis


मेसर्स एलाइड मेडिकल लिमिटेड द्वारा कार्डिएक मॉनिटर की निविदा में प्रस्तुत किये गये झूठे स्पष्टीकरण को दृष्टिगत दिनांक 28.09.2018 को उपार्जन समिति द्वारा किये गये संस्तुतियों के क्रम में अध्यक्ष, प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 04.10.2018 को मेसर्स एलाइड मेडिकल लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित किये गये अनुबंध संख्या 1120/UPHSSP/2018-19_06072018 दिनांक 06.07.2018 को निरस्त करते हुए फर्म द्वारा अनुबंध के समय जमा किये गये परफारमेंस बैंक गारंटी धनराशि रु 2,76,000/- को जब्त किये जाने के साथ ही साथ मेसर्स एलाइड मेडिकल लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः अध्यक्ष, प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में फर्म मेसर्स एलाइड मेडिकल लिमिटेड के साथ हुए अनुबंध संख्या 1120/UPHSSP/2018-19_06072018 दिनांक 06.07.2018 को निरस्त करते हुए फर्म द्वारा अनुबंध के समय जमा किये गये परफारमेंस बैंक गारंटी धनराशि रु0 2,76,000/- को जब्त करते हुए फर्म मेसर्स एलाइड मेडिकल लिमिटेड को एक वर्ष हेतु ब्लैकलिस्ट किया जाता है।


(वी हेकाली झिमोमी)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाय कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, यूपीएचएसएसपी, लखनऊ।
5. निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ।
6. टीम टास्क लीडर, विश्व बैंक, 70 लोदी स्टेट, नई दिल्ली।
7. मेसर्स एच0एल0एल0 इन्फ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड, उपार्जन अभिकर्ता, कैम्प कार्यालय, लखनऊ।
8. मेसर्स एलाइड मेडिकल लिमिटेड, 203, स्वास्तिक भवन, रंजीत नगर कामर्शियल काम्पलेक्स, नई दिल्ली।
9. गार्ड फाइल।


(वी हेकाली झिमोमी)
परियोजना निदेशक